МЕДПРОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.GKMEDPROM.RU

Обогреватель для новорожденных ОДН-01-УОМЗ

Обогреватель для новорожденных ОДН 01 УОМЗ детский неонатальный предназначен для того, чтобы компенсировать кондукционные тепловые потери у новорожденных, которые обладают остро выраженной гипотермией. Также возможно применение обогревателя для новорожденных ОДН 01 УОМЗ, когда проводятся реанимационные мероприятия на открытом пространстве для общего обогрева новорожденных и обогрева ребенка без применения инкубатора.

Отечественная медтехника еще никогда не была преисполнена такой любовью к ребенку и его матери. Обогреватель для новорожденных ОДН 01 УОМЗ создавался для обогревания новорожденных, и этот прибор дает возможность почувствовать защищенность и уют. Дизайн и принцип работы этого матрасика приводят к созданию почти домашней атмосферы в отделении.

Назначение обогревателя для новорожденных ОДН 01 УОМЗ:

- компенсирование кондукционных потерь тепла у новорожденных, обладающих остро выраженной гипотермией;
- общее обогревание новорожденных тогда, когда проводятся реанимационные мероприятия на открытом месте;
- обогревание новорожденного не требует применения инкубатора.

Обогреватель для новорожденных ОДН 01 УОМЗ рекомендован для применения в учреждениях родовспоможения, перинатальных центрах, специализированных центрах и научно-исследовательских институтах охраны материнства и детства, детских больницах, оказывающих помощь новорожденным.

Преимущества использования обогревателя для новорожденных ОДН 01 УОМЗ:

- может использоваться отдельно и дополнительно к другому неонатальному оборудованию;
- позволяет сохранить контакт матери и ребенка в первые дни жизни младенца;
- имеет два режима регулирования температуры;
- встроенная система тревог;

возможность смены чехлов матрасика – с бортиками для фиксации ребенка внутри матрасика и без бортиков для проведения операционных процедур возможность мытья и дезинфекции.

Технические характеристики обогревателя ОДН 01 УОМЗ:

пределы устанавливаемой температуры:

- в основном режиме ... от 35,0°С до 37,0°С;
- в дополнительном режиме ... от 37,1°С до 39,0°С;
- точность регулировки температуры ... ±1,0°С;
- максимальный допуск температуры поверхности матраса от средней температуры ... ±1,0°С;
- максимальный допуск средней температуры на поверхности матраса от средней температуры в любом месте поверхности матрасика ... ± 2,5°С;
- максимальный допуск температуры на поверхности матрасика после включения режима максимальной температуры ... ± 1,0°С;
- максимальный допуск индикации на экране дисплея, когда регулирование происходит по дополнительному температурному датчику температуры, от температуры на поверхности матраса ... ± 0,7°С;
- максимальное отклонение показаний при регулировании по дополнительному температурному датчику от заданной температуры регулировки ... 1,0°С;
- погрешности измерения температуры, не более ... ±0,3°С;
- температура отключения нагревателя, когда недопустимо перегревается поверхность матрасика:
- регулирование, основной диапазон ... 38,0°С ±0,4°С;
- регулирование, дополнительный диапазон ... 40,0°С ±0,4°С;
- температура поверхности матраса не может превышать 42°С, когда происходит единичное нарушение по ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ Р50267.35;

аварийная сигнализация:

- сигнал ПЕРЕГРЕВ:
- в основном режиме, при температуре в диапазоне ... 38,0°С±0,4°С;
- в дополнительном режиме при температуре в диапазоне ... 40,0°С ±0,4°С;
- время автовосстановления выключенной звуковой сигнализации, не более ... 10 мин;
- время нагрева, не более ... 20 мин;
- время непрерывной работы, не менее ... 72 ч;

мощность, которая потребляется обогревателем, не более ... 50 Вт;

обогреватель работает от электросети переменного тока ... от 198 В до 244 /(50,0±0,5) Гц;
габариты матрасика:

- исполнение 3170.10000000:
  - высота, не более ... 20 мм;
  - ширина, не более ... 410 мм;
  - длина, не более ... 555 мм;
- исполнение 3170.10000000-01:
  - высота, не более ... 20 мм;
  - ширина, не более ... 600 мм;
  - длина, не более ... 760 мм;
- габариты блока управления:
  - высота , не более ... 220 мм;
  - ширина, не более ... 150 мм;
  - длина, не более ... 200 мм;

масса обогревателя:
исполнение 3170.10000000, не более ... 4 кг;
исполнение 3170.10000000-01, не более ... 4,2 кг.

Медицинское оборудование в Красноярске

МЕДПРОМ

ГРУППА КОМПАНИЙ

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4
Тел. +7 (391) 286-15-52
krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru